



Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów

Sekretariat: 17 853-54-66, fax: 17 853-83-94

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2021r. Dz. U. z 2021r., poz. 1059

1. Zakres analizy dla działalności kategorii III

- 1.1. Ocena maksymalnych potencjalnych skutków zdarzenia radiacyjnego w oparciu i rodzaj i zakres działalności związanych z narażeniem.
- 1.2. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń radiacyjnych oraz możliwości przeciwdziałania ich wystąpieniu i ograniczania ich skutków, w szczególności zdarzeń polegających na:
- Niekontrolowanym narażeniu pracowników lub osób postronnych
 - Utracie kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego.
- 1.3. Ocena potencjalnego wpływu niekorzystnych zdarzeń o innym charakterze na możliwość wystąpienia zdarzeń radiacyjnych bądź usuwania ich skutków.

2. Wnioski z analizy

- 2.1. Na terenie jednostki organizacyjnej możliwe jest zdarzenie radiacyjne, powodujące zagrożenie, którego skutki nie przekroczą granic jej terenu.
- 2.2. Prowadzona działalność związana z wykorzystaniem aparatu RTG nie stworzy zagrożenia dla ludzi i środowiska po wyłączeniu zasilania lampy rentgenowskiej. Zagrożenie chwilowe ograniczone na czas emisji promieniowania.
- 2.3. Aparaty rentgenowskie nie stwarzają zagrożenia związanego z wystąpieniem skażeń promieniotwórczych; zagrożenie skażeniami – nieprawdopodobne.
- 2.4. Niekontrolowane narażenie pracowników lub osób postronnych – mało prawdopodobne.
- 2.5. Utrata kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego – mało prawdopodobne.
- 2.6. Niekorzystne zdarzenie o charakterze nieradiacyjnym wpływające na możliwość wystąpienia zdarzeń radiacyjnych – nieprawdopodobne.
- 2.7. Prowadzona działalność z promieniowaniem jonizującym nie stwarza zagrożenia publicznego o zasięgu wojewódzkim.

Opracował:

mgr Barbara Furman
Inspektor ochrony radiologicznej „R”
T. 513 362 453
15.12.2025 roku,.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2
w Rzeszowie
15.12.2025 roku,.....
mgr Ewa Skocznińska